

纳米材料制备所需仪器采购项目

密封报价公告

一、项目名称

纳米材料制备所需仪器采购项目

二、报价人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能够提供本次货物的供应商。

三、采购方式及上控价

1. 采购方式：密封报价；

2. 本项目报价为一次性报价；

3. 本项目上控价为 21671 元，报价超过上控价者均为无效报价；

4. 供货时间：接到通知后 2025 年 7 月 5 日前完成供货安装。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1. 报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

2. 开标分项报价一览表（见附件 2，请严格按照附件 2 报价，否则可能视为无效报价）；

3. 附件 1 需求文件中要求提供的材料；

4. 报价公司认为需提交的其它材料。

六、本项目中标原则

1. 按照符合学校采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

2. 本项目要求开具合法有效的增值税专用发票。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，通过快递邮寄（需确保快递要送达行政楼 116 办公室，不接受同城等其它快递方式邮寄）或现场投递，投递地址：南宁市龙亭路 8 号土木与建筑工程学院结构综合试验平台副楼 201 室，截止时间：2025 年 6 月 23 日 17：30（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：但宇；联系方式：0771-5900894

八、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院 土木与建筑工程学院

2025 年 6 月

附件 1:

项号	货物名称	品牌	技术参数及要求	数量	单位	备注
1	通风柜	力辰、上海尚仪、上海轶达	1. 输入电源: AC220V 2. 频率 : 50Hz 3. 整机功率 W: 600 4. 照明强度 LX: ≥ 300 5. 平均风速门内侧 m/s : 0.38 ± 0.025 6. 平均风速中侧 m/s : 0.26 ± 0.025 7. 平均风速里侧 m/s: 0.27 ± 0.025 8. 吸入风速: 0.55 ± 0.025 9. 气密度 m/s: ≤ 106 10. 排风速度 m/s : $0.3-0.6\text{m/s}$ 11. 振动半峰值 μm : ≤ 0.5 12. 排风方式: 上排 13. 排水速度 m/s: $0.25-0.45$ 14. 工作台高度 mm : 760 15. 工作区域尺寸 mm : $\geq 1330 \times 700 \times 600$ 16. 工作噪音 db: 65 ▲17. 为保证产品质量及售后服务, 要求供货时提供设备厂家出具的供货证明, 并加盖厂家公章。	1	台	
2	电子分析天平	力辰、上海尚仪、上海轶达	1. 输入电源: 220V/6V • 2A 2. 频率: 50Hz 3. 功率 W: 15W ▲4. 显示方式: LCD 液晶显示 5. 准确度级别 : I 级 6. 称量范围 (g) : 0-200 7. 分度值 (mg): 0.1 8. 去皮范围 (g) : 0-200 9. 线性误差 (g) : ± 0.0005 10. 重复性误差 (g) : 0.0002 11. 稳定时间 (典型) (s) : ≤ 8 12. 称量单位: g, ct 13. 称量盘规格 (mm) : $\phi 80$ 14. 标配砝码 (g) : 200 ▲15. RS232 接口: 有 ▲16. 为保证产品质量及售后服务, 要求供货时提供设备厂家出具的供货证明, 并加盖厂家公章。	1	台	

3	高速离心机	力辰、上海尚仪、上海铁达	1. 电压：AC220V±22V/50Hz 2. 总功率：500W ▲3. 显示方式：LCD 液晶显示 4. 最高转速：18500rpm 5. 转速控制精度：±20rpm 6. 最大容量：4×100ml 7. 离心腔规格：Φ320mm 8. 最大离心力：≥23900xg 9. 定时范围：1min-99min ▲10. 含角转子尖圆地通用 ▲11. 为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明，并加盖厂家公章。	1	台	
4	水热合成反应釜	力辰、上海尚仪、上海铁达	1. 釜体材质：304 不锈钢 2. 内衬材质：聚四氟乙烯 3. 内衬外规格 mm：Φ49*95 4. 内衬内规格 mm：Φ39*84 5. 内衬容量 ml：100 6. 加力杆规格 mm：Φ8×200 7. 压紧方式：螺纹旋盖压紧 手动紧固 8. 最高压力：≤3Mpa 9. 最高温度：≤220℃ 10. PPL 最高温度：≤260℃ 11. 升温降温速率：≤5℃/min ▲12. 为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明，并加盖厂家公章。	6	台	
5	超声波清洗机	力辰、上海尚仪、上海铁达	1. 输入电源：AC:220V/50Hz, AC:110V/60Hz 2. 功率（W）：220 3. 显示方式（时间指示、温度指示 能量柱）：LED 显示 4. 超声功率 W：120 5. 超声频率 kHz：40±2 6. 振头数量：2 7. 内槽容量 L：3.2L 8. 内槽尺寸 mm（L×W×H）：240×140×100 9. 定时时长 min：1-60min/ 常开 10. 温控范围℃：RT-80 11. 加热功率 W：100 ▲12. 为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明，并加盖厂家公章。	1	台	
6	鼓风干燥箱	力辰、上海尚仪、上海铁达	1. 输入电源：AC220V 50HZ 2. 功率 W：1000W 3. 显示方式：LCD 液晶屏 4. 温控范围℃：RT+5 ~ 300 5. 控温精度：±1℃ 6. 温度均匀度：±2%（测试点为 100℃）	1	台	

			7. 鼓风功能：有 8. 定时范围： 9999min 9. 工作室尺寸 mm： 350*350*350 10. 有效容积： 42L 11. 标配隔板数量： 2 12. 隔板材质： 镀锌 13. 隔板承重： 15KG 14. 隔板层数上限： 6 ▲15. 为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明，并加盖厂家公章。			
7	磁力搅拌器	力辰、上海尚仪、上海铁达	1. 电源电压： AC220V 50Hz 2. 整机功率： 550w 3. 显示方式： LCD 4. 转速范围： 100-1600rpm 5. 转速控制精度： ±10rpm 6. 定时范围： 1-99h59min 7. 温控范围： RT-300℃ 8. 控温精度： 托盘 ±3℃ 溶液 ±0.5℃ 9. 最大搅拌量（H2O）： 5L 10. 工作盘材质： 铸铝 + 陶瓷喷涂 11. 工作区域尺寸： 150×150 12. 涵盖耗材：实验服纽扣袖/薄款 10 套，离心管架 10ml/15ml 24 孔 1 个，试管 10*100mm（10 支装），99% 工业乙醇 500ml，刻度吸管 10ml（5 支装），灭菌封瓶膜 12cm（膜直径 30mm）50 张/袋，低型烧杯 25mL、100mL、250mL 各 4 个，防水纸巾 4*4 寸（1200 张）4 套 ▲13. 为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明，并加盖厂家公章。	1	套	

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单位	单 价 (元)	合计 (元)	是否满足 参数要求
1								
2								
3								
.....								
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间：								
报价金额：人民币（大写）：人民币（小写）：								

- 注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价作无效标处理。
- 2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其它一切费用。
- 3、上述报价材料须密封并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。
- 报价人名称（盖章）：
- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
- 联系人：
- 手机号码：
- 办公室电话：
- 日期：